

ACREDITACIÓ PER ABAST FLEXIBLE DE LA CATEGORIA D'ASSAIG DE NOROVIRUS (GENOGRUP I i II) EN ALIMENTS I ESCOVILLONS DE SUPERFÍCIES INERTS

El laboratori ha ampliat l'acreditació per abast flexible a l'àmbit microbiològic amb la nova categoria d'assaig de Norovirus (genogrups I i II) en aliments i escovillons de superfícies inerts (XX/1/0037) i que s'inclou a La Llista Pública d'Assaig (LEBA) Ed. 36.

Norovirus (genogrup I i II)

XX/1/0037 RT-PCR en temps real

Aliments i escovilló de superfícies inerts

Norovirus

MA/1/0105, MA/1/1007 ISO/TS 15216-2:2013 RT-PCR en temps real (detecció genomes vírics)

Aliments. Extracció mecànica per escovillonatge

Vegetals (albergínia, api, carbassó, ceba tendre, pastanaga, pebrot, poma, tomàquet), peix (salmó fumat), embotits (pernil, salami)

Detecció de Norovirus genogrup I	ISO/TS 15216-2:2013	Es detecta / No es detecta
----------------------------------	---------------------	----------------------------

Detecció de Norovirus genogrup II	ISO/TS 15216-2:2013	Es detecta / No es detecta
-----------------------------------	---------------------	----------------------------

Aliments. Extracció per digestió

Mol·luscs bivalves (musclos i ostres)

Detecció de Norovirus genogrup I	ISO/TS 15216-2:2013	Es detecta / No es detecta
----------------------------------	---------------------	----------------------------

Detecció de Norovirus genogrup II	ISO/TS 15216-2:2013	Es detecta / No es detecta
-----------------------------------	---------------------	----------------------------

Aliments. Extracció per rentat

Fruïtes toves (fresó) i amanides (enciam)

Detecció de Norovirus genogrup I	ISO/TS 15216-2:2013	Es detecta / No es detecta
----------------------------------	---------------------	----------------------------

Detecció de Norovirus genogrup II	ISO/TS 15216-2:2013	Es detecta / No es detecta
-----------------------------------	---------------------	----------------------------

Escovilló de superfícies inerts

Detecció de Norovirus genogrup I	MA/1/1007	Es detecta / No es detecta
----------------------------------	-----------	----------------------------

Detecció de Norovirus genogrup II	MA/1/1007	Es detecta / No es detecta
-----------------------------------	-----------	----------------------------

Mercè de Simón
Cap del Servei de Microbiologia
Barcelona, 3 d'abril de 2017